



| | | | |
|-------|--------|--------|-------------|
| Број: | 1705/2 | Датум: | 12.06.2017. |
|-------|--------|--------|-------------|

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ
ЈН 26/17 ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог лица, који гласи:

Партија 1.- Вакум епрувете за систем за одређивање седиментације еритроцита седиматик 100
Молимо Вас да у конкурсној документацији за партију 1. ставка 1 прецизирате димензију и запремину вакутајнера за седиментацију.

Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи одговор :

1. Запремина је 2 мл, а висина 100 мм ± 8 мм (висина са чепом 125-126 мм), Ø 8-9 мм.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 26/17