

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"  
БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75, НОВИ САД  
БРОЈ: 2237/3  
ДАНА: 20.09.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ  
(дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом) ЈН 24/18**

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:

**„Interlab exim“ d.o.o., Београд, Бирчанинова 19**

**Образложење**

Наручилац је дана 14.08.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке број 1928/1, ради закључивања уговора.

Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15.08.2018. године. Позив за подношење понуде објављен је и на Порталу службених гласила РС и база прописа.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 2237/1 од 14.09.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.

У Извештају о стручној оцени понуда број 2237/2 од 20.09.2018. године, Комисија је констатовала следеће:

1. Поступак отварања понуда вођен је дана 14.09.2018. године, са почетком у 10.30 часова, у ДОМУ ЗДРАВЉА "НОВИ САД", Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.
2. Предмет јавне набавке су добра : МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)
3. Ознака из општег речника: 33111650– Уређаји за мамографију
4. Процењена вредност јавне набавке је 16.666.667,00 динара ( без ПДВ-а).
5. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. У поступку јавне набавке учествовало је 2 понуђача.
7. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Назив и седиште подизвођача
1927/1-1	„Interlab exim“ d.o.o., Београд, Бирчанинова 19	нема	нема
1927/1-2	„Damiba trade“ д.о.о., Београд, Булевар краља Александра 249	„Амирал“ д.о.о., Ниш, Зорана Ђинђића 4/2	нема

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуђач „Damiba trade“ д.о.о., Београд, Булевар краља Александра 249, је доставио понуду укупне вредности 13.667.584,20 динара.

Понуђач је као доказ за испуњеност техничке карактеристике наведених у прилогу број 3 конкурсне документације:

- За тачку 5.1 „Namenska operatorska konzola - Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gornjem delu, najmanje 0,5mm ekv. Pb u koju se integriše akviziciona radna stanica, motorizovano ili hidraulično kontinualno podešavanje visine“, доставио изјаву произвођача IMS Giotto Spa од 13.09.2018.године где је наведено да нема могућност подешавања висине.
- За тачку 5.9 „Specijalni softver za procesiranje snimaka koji ističe strukture dojke u skladu sa IHE koji omogućava: automatsko podešavanje (LUT) kontrasta i osvetljaja, izoštravanje ivice (edge enhancement), podešavanje dinamičkog opsega, redukcija šuma, elektronska kolimacija, gray scale inverzija, zoom sa pan funkcijom“, доставио изјаву произвођача IMS Giotto Spa од 13.09.2018.године где није наведено да има редукцију шума.
- За тачку 6.4 „Par medicinskih kolor monitora za mamografiju sa karakteristikama:  
Dijagonala: min 21";  
Rezolucija: min 5.8MP;  
Maksimalni osvetljaj: min. 1000cd/m2;  
DICOM kalibrisan osvetljaj: min 500cd/m2;  
Kontrast: min. 1400:1;  
Vreme odziva: max 12,5ms.  
Monitor, grafička karta i softver za kalibraciju slike moraju biti od istog proizvođača.“,

доставио изјаву произвођача IMS Giotto Spa од 13.09.2018. године где је наведено да је понуђени монитор резолуције 5 MP.

Понуда понуђача „Damiba trade“ д.о.о., Београд не испуњава све тражене техничке спецификације те је неодговарајућа.

Такође, понуђач је доставио изјаву у којој наводи да се достављено Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава (у даљем тексту: Регистар) број 515-02-02594-15-001 од 16.03.2016. године, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, односи на основни модел, без додатне опреме и побољшања која су примењена према захтеву наручиоца. Како је чланом 181. Закона о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012 и 113/2017 - др. закон) прописано да је носилац уписа медицинског средства у Регистар обавезан да пријави сваку измену и допуну у документацији на основу које је Агенција извршила упис у Регистар, а понуђач је, како и сам наводи, понудио апарат за који није донето решење о измени и допуни уписа медицинског средства у Регистар, понуда се сматра неприхватљивом.

На основу горе наведеног, понуда понуђача „Damiba trade“ д.о.о., Београд, Булевар краља Александра број 249 се одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН као неприхватљива.

9. Критеријум за закључење уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

1. Цена понуђеног апарата	70 пондера
2. <u>Техничко – технолошке предности</u>	30 пондера
Укупно:	100 пондера

10. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за закључење уговора:

Једину прихватљиву понуду доставио је понуђач „Interlab exim“ д.о.о., Београд, Бирчанинова 19. Понуда је укупне вредности 16.630.000,00 динара, са гарантним роком од 12 месеци и постгарантним роком од 7 година.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.



ДИРЕКТОР

Прим др Веселин Бојат  
хирург - ортопед