

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"  
БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75, НОВИ САД  
БРОЈ: 2556/3  
ДАНА: 23.10.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА  
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НА ОСНОВУ  
ЧЛАНА 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ ( 3 ком), ЈН 31/18**

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:

**„MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4**

**Образложење**

Наручилац је дана 12.10.2018. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 2435/1.

Позив за достављање понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива достављен је дана 12.10.2018. године само и свим понуђачима који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 25/18 КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ (3 ком), и то:

1. „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26
2. „MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4

Након спроведеног поступка отварања понуда, преговарања и сачињавања Записника о отварању понуда и преговарању број 2556/1 од 23.10.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.

У Извештају о стручној оцени понуда број 2556/2 од 23.10.2018. године, Комисија је констатовала следеће:

1. Поступак отварања понуда и преговарања вођен је дана 23.10.2018. године, са почетком у 10.00 часова, у ДОМУ ЗДРАВЉА "НОВИ САД", Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.

2. Предмет јавне набавке су добра - КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ (3 ком)

*Ознака из општег речника: 33100000 – Медицинска опрема*

3. Процењена вредност јавне набавке је 550.000,00 динара ( без ПДВ-а).

4. Подаци о представницима понуђача који учествују у преговарању:

број овлашћења	понуђач	име и презиме
330	„ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26	Радмила Бановић

5. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Назив и седиште подизвођача
2434/1-1	„MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4	нема	нема
2434/1-2	„ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26	нема	нема

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуђач „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26, је доставио понуду укупне вредности 440.000,00 динара. За понуђена добра понуђач није доставио Решење за стављање у промет лекова и медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, што је био захтев Наручиоца наведен у Позиву понуђачу да допуни понуду.

У прилогу број 3. у тачки 3.6. Тражене минималне техничке карактеристике, Наручилац је навео да понуђена добра морају да у потпуности одговарају минималним техничким карактеристикама, а како је из достављене документације утврђено следеће:

**А. БОЦА ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ :**

- За тачку 2. Контактна сонда која се стерилише – из достављене техничке спецификације не може се утврдити да понуђено добро испуњава тражени захтев

- За тачку 3. захтев наручиоца је Запремина: 500 мл- Понуђач је у прилогу бр 3.1 навео да понуђено добро не испуњава тражени захтев и у достављеној техничкој спецификацији наведена је запремина од 250 мл

-За тачку 4. Висина боце: до 300 мм, понуђач је је навео висину 305 мм, што није у складу са захтевом наручиоца.

- За тачку 5. Тежина празне боце захтев наручиоца је максимално 550 гр Понуђач је у прилогу бр 3.1 навео да понуђено добро не испуњава тражени захтев и у достављеној техничкој спецификацији наведена је тежина 580 гр.

- За тачку 6. Тежина пуне боце захтев наручиоца је максимално 900 гр Понуђач је у прилогу бр 3.1 навео да понуђено добро не испуњава тражени захтев и да је тежина 1050 гр.

-За тачку 7. Време статичког држања: од 20 до 24 сата – Понуђач је навео 6-10 сати, што није у складу са захтевом Наручиоца.

**Б. СИСТЕМ ЗА ИСТАКАЊЕ (резервоар)**

- За тачку 8. Запремина: 20 л- Понуђач је навео запремину 21,5 л, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 9. Укупна висина: до 650 мм , понуђач је навео 605 мм, што није у складу са захтевом Наручиоца

-За тачку 10. Укупан пречник: до 370 мм, понуђач је навео 388 мм, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 11. Тежина празног резервоара: максимално 9 кг, понуђач је навео 11 кг, што није у складу са захтевом Наручиоца

-За тачку 12. Тежина пуног резервоара: максимално 24,1 кг, понуђач је навео 28,3 кг, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 13. Време статичког држања: од 8 до 12 недеља, понуђач је навео 17 недеља, што није у складу са захтевом Наручиоца

понуда понуђача „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26 не испуњава све тражене техничке карактеристике, те је неодговарајућа. У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Наручилац одбија понуду понуђача „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26 као неприхватљиву.

7. Елемент уговора о којем се преговара је цена понуђених добара. Понуђач „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26 , чији представник је присуствовао отварању понуда и преговарању, је остао при цени из достављене понуде. Комисија констатује да како није било присутних представника понуђача, „MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4. понуђена вредност се сматра коначном.

8. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Једину понуду, која је прихватљива, доставио је понуђач „MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4. Понуда је укупне вредности 462.000,00 динара, рок испоруке 60 дана, гарантни рок 3 године и постгарантни рок је 5 година.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР  
Прим. др Веселин Бојат  
хирург - ортопед

