

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"
НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75
БРОЈ: 2294/3
ДАНА: 01.10.2018.

Наручилац Дом здравља "Нови Сад", који заступа директор Прим. др Веселин Бојат, хирург-ортопед, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и извештаја о стручној оцени понуда број 2294/2 од 25.9.2018. године, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ (3 ком) - ЈН 25/18**

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке број ЈН 25/18 КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ зато што нису испуњени услови за доделу уговора о јавној набавци.

Образложење

Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда.

У поступку јавне набавке учествовало је 2 понуђача.

Разлог обуставе поступка: није прибављена ниједна прихватљива понуда за јавну набавку ЈН 25/18 КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ, те се поступак јавне набавке обуставља у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН.

Понуђач „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26, је доставио понуду укупне вредности 440.000,00 динара. За понуђена добра понуђач није доставио Решење за стављање у промет лекова и медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, што је био захтев Наручиоца наведен у прилогу број 3 Конкурсне документације под тачком 3.2 квалитет. Понуђач је доставио своју изјаву а не изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да понуђена добра нису медицинска средства и да иста не подлежу обавези регистрације.

У прилогу број 3. у тачки 3.6. Тражене минималне техничке карактеристике, Наручилац је навео да понуђена добра морају да у потпуности одговарају минималним техничким карактеристикама, а како је из достављене документације утврђено следеће:

А. БОЦА ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ :

- За тачку 2. Контактна сонда која се стерилише – из достављене техничке спецификације не може се утврдити да понуђено добро испуњава тражени захтев

- За тачку 3. захтев наручиоца је Запремина: 500 мл- Понуђач је у прилогу бр 3.1 навео да понуђено добро испуњава тражени захтев, а у достављеној техничкој спецификацији наведена је запремина од 250 мл

-За тачку 4. Висина боце: до 300 мм, понуђач је је навео висину 305 мм, што није у складу са захтевом наручиоца.

- За тачке 5. Тежина празне боце: максимално 550 гр и 6. Тежина пуне боце: максимално 900 гр – из достављене техничке спецификације не може се утврдити да понуђена добра испуњавају тражене захтеве.

-За тачку 7. Време статичког држања: од 20 до 24 сата – Понуђач је навео 10 сати, што није у складу са захтевом Наручиоца.

Б. СИСТЕМ ЗА ИСТАКАЊЕ (резервоар)

- За тачку 8. Запремина: 20 л- Понуђач је навео запремину 21,5 л, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 9. Укупна висина: до 650 мм , понуђач је навео 605 мм, што није у складу са захтевом Наручиоца

-За тачку 10. Укупан пречник: до 370 мм, понуђач је навео 388 мм, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 11. Тежина празног резервоара: максимално 9 кг, понуђач је навео 11 кг, што није у складу са захтевом Наручиоца

-За тачку 12. Тежина пуног резервоара: максимално 24,1 кг, понуђач је навео 28,3 кг, што није у складу са захтевом Наручиоца

- За тачку 13. Време статичког држања: од 8 до 12 недеља, понуђач је навео 17 недеља, што није у складу са захтевом Наручиоца

понуда понуђача „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26 не испуњава све тражене техничке карактеристике, те је неодговарајућа. У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Наручилац одбија понуду понуђача „ELTA 90 Medical Science“ d.o.o., Београд, Светог Климента 26 као неприхватљиву.

Понуђач „MSF Pharm“ d.o.o. Београд, Орловића Павла 4, је доставио понуду укупне вредности 462.000,00 динара. Понуђач није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. С обзиром да понуђач није доказао да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, понуда садржи битан недостатак утврђен у члану 106. став 1. тачка 1. ЗЈН и одбија се у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН као неприхватљива.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
Прим др Веселин Бојат
хирург-ортопед

