



1606/6	Датум: 27.07.2020.
--------	--------------------

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ ЈН 17/20 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих лица, који гласи:

Питање:

Nakon izmena tenderske dokumentacije uočili smo da je nekoliko stavki potrebno dodatno pojasniti, odnosno korigovati kako bi vam pripremili najbolju ponudu.

Partija 3

-stavka 6-molimo da zbog uporedivosti ponuda ,kao i različitih sadržina setova,izrazite kao „ materijal u špricu od minimum 1 grama,raspoloživ u minimum 6 boja.“ Poznato je da pojedini setovi sadrže samo 2 grama kompozita..Molimo da proverite i izvršite korekciju u smislu dopune veličine materijala

Partija 7

-stavka 3-na tržištu su registrovani materijali i u pakovanju od 13+11 i od 12+12 grama-molimo da korigujete opis tako da glasi u pakovanju od ukupno 24 grama..a svakako ćete vi svojim bodovanjem odlučiti koji vam materijal više odgovara

-stavka 4-u cilju omogućavanja učestvovanja u ovoj partiji molimo da veličinu pakovanja izmenite tako da glasi“prah u pakovanju od 15 do 20 grama+tečnost od 10 ml“..Najispravnije je svakako da materijal izrazite samo u gram+ml,bez navodjenja veličine pakovanja

Partija 12

-molimo da kod stavki 6 i 7 dodate „materijal dostaviti u originalnom fabričkom pakovanju“,obzirom da niste naveli veličinu pakovanja što je neuobičajeno i nije u skladu sa vašim zahtevom u sklopu konkursne dokumentacije da su“obavezna manja pakovanja materijala“ .

Vaš zahtev:

3.3. Паковање понуђених добара:



Понуђачи су у обавези да понуде што мања паковања добара, зато што наручилац врши поделу добара на велики број пунктова.

Na tržištu postoje pakovanja praha od :60 gr,100 gr,125 gr pa sve do 500 gr,kao i tečnosti od :50ml,55ml,110ml,250 ml kao i 500 ml.Na osnovu napred navedenog svakako ste u mogućnosti da izaberete opseg željenih pakovanja,a pogotovo da izrazite koje su vam potrebe u gr,odnosno u ml.Nije svejedno da li ćete dobiti 15 pakovanja od 60 grama praha ili 125 grama..

Partija 9

-stavka 4-molimo da kod ove stavke ,radi dobijanja minimalnog kvaliteta,dodate i dimenzije tako da glasi „minimum 11x35 mm,u pakovanju od 4x250 gr“ obzirom da postoje razlike u punoći celuloznih vate rolni..

Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи

Одговор:

PARTIJA III

Stavka 6 ostajemo pri svojim zahtevima

PARTIJA VII

Stavka 3 u opisu stoji da je dvokomponentan i da je pakovanje a/24g(nama tako odgovara)

Stavka 4 dodaćemo: „MINIMUM a/15g+10ml“

PARTIJA XII

Stavka 6 i 7 dodaćemo uz opis: stavka 6 a/60g ; stavka 7 a/55ml

PARTIJA IX

Stavka 4 dodaćemo: „MINIMUM 11x35mm,u pakovanu od 4x250g“

Наручилац ће у складу са датим одговорима извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 17/20